

На виконання Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель:

23 квітня 2025 р.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Машина мийно-дезінфекційна, автоматична для гнучких ендоскопів

(ДК 021:2015: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

(33191000-5 — Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне), (НК 024:2023: 35012 — Дезінфікатор ендоскопа)

Медико-технічні вимоги
Машина мийно-дезінфекційна – 1 шт.

№	Медико – технічні вимоги	Наявність функції або величина параметру	Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) інструкції або паспорту
1	Призначена для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів усіх виробників і моделей	Відповідність	
2	Спосіб обробки ендоскопів	Автоматичний	
3	Ємність баку для дезінфікуючого розчину	Не більше 8 л	
4	Ємність ванни для миття ендоскопів	Не більше 7 л	
5	Ємність для миючого засобу	Не більше 1 л	
6	Ємність для спирту	Не більше 1 л	
7	Сумісність з детергентами і дезінфікуючими розчинами різних виробників	Наявність	
8	Перевірка герметичності ендоскопу	Наявність	
9	Система попередньої фільтрації води	Наявність	
10	Автоматична сушка каналів повітрям	Наявність	
11	Сушка каналів ендоскопу за допомогою спирту	Наявність	
12	Наявність ультрафіолетової лампи	Наявність	
13	Програмування часу циклів	Наявність	

14	Цифровий дисплей	Наявність	
15	Самодезінфікація машини	Наявність	
16	Вбудований принтер для друку звіту	Наявність	
17	Подвійне полоскання чистою водою після мийки та дезінфекції ендоскопа	Наявність	

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Джерело фінансування закупівлі: кошти НСЗУ – 504 00.00 грн.