

На виконання Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель:

30 травня 2025 р. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Апарат лазерної терапії
за кодом ДК 33150000-6 “Апаратура для радіотерапії, механотерапії,
електротерапії та фізичної терапії”

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	Апарат лазерної терапії	штука	1

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(опис предмета закупівлі)

Характеристики та параметри	Відповідність
Апарат лазерної терапії	
Проведення процедури лікування одному пацієнту одночасно	
Сенсорний кольоровий дисплей, розмір по діагоналі не менше 14.5 см	
Можливість управління всіма параметрами проведеної терапії безпосередньо з сенсорного дисплея	
Відображення всіх параметрів терапії, включаючи час (з точністю до секунди) до кінця терапії, інтенсивність, потужність, форми впливу безпосередньо на екрані апарату	
Вбудована в апарат база даних пацієнтів, з можливістю призначення кожному з пацієнтів власних протоколів лікування	
Обов’язкова самодіагностика аплікаторів і плати генератора сигналу	
Наявність вбудованого керівництва користувача і допомоги (містить номер програми, параметри терапії, час лікування, частоту сеансів, кількість сеансів, рекомендації щодо інтенсивності, ефект, примітки)	
Запрограмованих «діагнозів» не менш 171	
Збереження в апараті користувачем власних протоколів лікування не менш ніж 500	
Автоматичне розпізнавання апаратом підключених аксесуарів	

Перегляду останніх 20 протоколів лікування	
Звукова індикація роботи апарату і проведення / завершення процедур з можливістю її налаштування	
Установка коду доступу, який не дозволяє стороннім особам працювати з апаратом	
Послідовності, що програмуються з можливістю зберігання у пам'яті приладу не менш 50	
Лазеротерапія: - Режим роботи: безперервний, імпульсний - Доза не гірше від 0.1 Дж/см² до 100 Дж/см² - Частота від 0 до 10000 Гц (для лазерного зонду) - Площа опромінювання від 0.1 см² до 100 см² - Потужність від 5 мВт до 500 мВт (в залежності від зонду) - Коефіцієнт заповнення від 10% до 90% - Наявність частот Nogier - Можливість підключення модулю акупунктури (опція) - Час терапії від 1 с до 100 хвилин, з кроком 1 с	
Наявність захисних окулярів 600 - 1000нм L3, пластмасові – 2шт.	
Наявність інфрачервоного лазерного зонду потужністю 200мВ – 1 шт.	
Розмір апарату 230 x 390 x 260 мм	
Вага апарату не більш 5 кг	

**всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Джерело фінансування закупівлі: кошти НСЗУ – 206 000,00 грн