

На виконання Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель:

19 вересня 2025 р. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,
в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності
зазначеним характеристикам

**Операційний світильник - ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 12282 — Операційний світильник) НК 024:2023: Z12010701
Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали))**

№ з/п	Найменування медичного виробу	Од. вимірювання	Кількість
	Операційний світильник - ДК 021:2015: 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (НК 024:2023: 12282 — Операційний світильник) НК 024:2023: Z12010701 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали: Фіксовані безтіньові лампи	шт.	

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати таблицю відповідності окремо по кожному лоту (при наявності), по яким подається пропозиція, та обов'язковим заповненням колонки «Відповідність ("Так"/"Ні", з обов'язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу тендерної пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимогам)».

Медико-технічні вимоги

№ з/п	Функціональні та медико-технічні характеристики	Вимоги	Відповідність вимогам (так/ні), з посиланням на відповідну сторінку(и) та/або розділ технічної специфікації, інструкції, брошур, проспектів, специфікацій поставки
1.	Тип світильника: стельовий однокупольний операційний світильник	Відповідність	

2.	Призначений для освітлення під час операцій та оглядів пацієнтів	Відповідність	
3.	Світильник повинен складатися зі стельової колони, поворотного механізму з балансувальним пристроєм та панеллю управління, блока освітлення	Наявність	
4.	Діаметр освітлювального блоку, не менше	70 см	
5.	Світлодіодне джерело світла	Наявність	
6.	Кількість світлодіодів, не менше	84	
7.	Термін служби джерел світла, не менше	65 000 год	
8.	Безтіньове освітлення при різних режимах роботи	Наявність	
9.	Панель керування з відображенням інтенсивності освітлення, колірної температури та фокусування, а також з ручкою-тримачем	Наявність	
10.	Діаметр світлової плями, не вужче	10-30 см	
11.	Глибина освітлення, не менше	120 см	
12.	Діапазон колірної температури, не вужче	3800-5700 К	
13.	Регулювання колірної температури	Наявність	
14.	Діапазон яскравості, не вужче	60 000-160 000 Люкс	
15.	Плавне регулювання яскравості	Наявність	
16.	Індекс передавання кольору, не менше	97	
17.	Збільшення температури біля голови хірурга, не більше	1°C	
18.	Обертання блоку освітлення навколо вісі	Наявність	
19.	Кут обертання блоку освітлення навколо вісі, не менше	3 4	
20.	Змінна ручка фокусування, що стерилізується	Наявність	
21.	Кількість змінних ручок фокусування в комплекті, не менше	2 шт.	
22.	Електроживлення, не гірше	200-240 В, 50 Гц	
23.	Енергоспоживання, не більше	400 ВА	
Пакувальна коробка		1	

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Джерело фінансування закупівлі: кошти НСЗУ – 225 000,00 грн