

На виконання Постанови КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Дата оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель:

21 жовтня 2025 р. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі: :**

Автоматичний аналізатор ШОЕ

код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Аналізатор швидкості осідання еритроцитів, код НК 024:2023 - 56691 Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів , код НК 031:2024 - W02029001 пристрої для визначення швидкості осідання еритроцитів

№ з/п	Найменування товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Автоматичний аналізатор ШОЕ	штука	1

Медико – технічні вимоги

№	Медико – технічні вимоги	Відповідність вимогам (Учаснику вказати посилання на сторінку інструкції з експлуатації)
1.	Аналізатор призначений для кількісного визначення швидкості осідання еритроцитів за допомогою модифікованого методу Вестергрена в венозній та капілярній цільній крові.	
2.	Однотимчасне завантаження не менше, ніж 25 зразків.	
3.	Швидкість виміру ШОЕ не більше 20 хвилин.	
4.	Можливість завантаження проб під час робочого циклу аналізатора	
5.	Наявність вбудованого термопринтера з можливістю налаштування автоматичного друку	
6.	Вбудований дисплей з діагоналлю не менше ніж 9 дюймів, сенсорна кольорова панель.	
7.	Пряме оптичне вимірювання рівня крові в звичайних гематологічних пробірках з EDTA або педіатричних пробірках з EDTA, без відбору з них крові для виміру ШОЕ.	
8.	Наявність температурної корекції, відповідно до номограми Манлі	

9.	Наявність автоматичного перемішування зразків	
10.	Можливість проведення контролю якості. Відображення інформації КЯ на екрані включно з кількістю вимірювань, середнім значенням, стандартним відхиленням та коефіцієнтом варіації (CV%).	
11.	Вага аналізатора не більше 15 кг.	

всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент**». У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.*

Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

Джерело фінансування закупівлі – кошти НСЗУ – 617 350,00 грн